

عنوان کنترل : abbot-1
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۱۱/۰۱

عنوان آزمایش : Troponin I
عنوان دستگاه : abbot
سری ساخت : UD00۵۰۶۳۲

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۵,۳	۰,۰۰۳	۰,۰۱۱	۰,۰۱۴	۰,۰۱۷	۰,۰۲	۰,۰۲۳	۰,۰۲۶	۰,۰۲۹

مقدار	تاریخ
۰,۰۲۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۵
۰,۰۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۰,۰۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۸
۰,۰۲۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۰,۰۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
۰,۰۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۱
۰,۰۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۲

مقدار	تاریخ
۰,۰۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۲
۰,۰۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۰,۰۲۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۰,۰۲۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۰,۰۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۷
۰,۰۲۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۸
۰,۰۲۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۱
۰,۰۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۰,۰۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۴

مقدار	تاریخ
۰,۰۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۰,۰۲۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۰,۰۲۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۳
۰,۰۱۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۴
۰,۰۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۰,۰۲۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۸
۰,۰۲۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۰,۰۲۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۰
۰,۰۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۱

CV%: 6.986	SD: 0.002	Mean: 0.022
------------	-----------	-------------

