

عنوان کنترل : abbot-1  
شروع کنترل  
۱۴۰۲/۰۳/۲۲:

سری ساخت : /-UD00۳۸۳۰۵

عنوان آزمایش : Troponin I  
عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۵.۳	۰.۰۰۳	۰.۰۱۱	۰.۰۱۴	۰.۰۱۷	۰.۰۲	۰.۰۲۳	۰.۰۲۶	۰.۰۲۹

مقدار	تاریخ
۰.۰۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۰
۰.۰۲۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۱
۰.۰۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۲
۰.۰۲۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۴
۰.۰۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۵
۰.۰۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۶
۰.۰۲۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۷
۰.۰۲۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۸
۰.۰۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۹
۰.۰۲	۱۴۰۲/۰۴/۳۱

مقدار	تاریخ
۰.۰۲۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۵
۰.۰۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۶
۰.۰۲۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۷
۰.۰۲۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۰
۰.۰۲۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۰.۰۱۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۲
۰.۰۲۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۳
۰.۰۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۴
۰.۰۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۵
۰.۰۲۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۷
۰.۰۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۸
۰.۰۲۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۹

مقدار	تاریخ
۰.۰۲۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۲
۰.۰۲۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۳
۰.۰۲۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۴
۰.۰۲۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۵
۰.۰۲۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۷
۰.۰۲۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۸
۰.۰۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۹
۰.۰۲۲	۱۴۰۲/۰۳/۳۰
۰.۰۲	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۰.۰۲۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۱
۰.۰۲۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۳
۰.۰۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۴

CV%: 7.443	SD: 0.002	Mean: 0.022
------------	-----------	-------------

