

عنوان کنترل : abbot-1
شروع کنترل
۱۴۰۲/۰۳/۲۲:

سری ساخت : /-UD00۳۸۳۰۵

عنوان آزمایش : Troponin I
عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۷.۷۴۲	۰.۰۰۰۲	۰.۰۰۱۶	۰.۰۰۱۸	۰.۰۰۲	۰.۰۲۲	۰.۰۲۴	۰.۰۲۶	۰.۰۲۸

مقدار	تاریخ
۰.۰۲۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۴
۰.۰۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۵
۰.۰۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۶
۰.۰۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۸
۰.۰۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۹
۰.۰۲۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۰
۰.۰۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۳۱

مقدار	تاریخ
۰.۰۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۴
۰.۰۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۵
۰.۰۲۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۶
۰.۰۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۷
۰.۰۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۸
۰.۰۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۹
۰.۰۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۱
۰.۰۲۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۲
۰.۰۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۳

مقدار	تاریخ
۰.۰۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۱
۰.۰۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۲
۰.۰۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۳
۰.۰۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۷
۰.۰۲۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۸
۰.۰۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۹
۰.۰۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۰
۰.۰۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۱
۰.۰۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۲

CV%: 4.962	SD: 0.001	Mean: 0.022
------------	-----------	-------------

