

عنوان کنترل : abbot-2
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۹/۰۱

عنوان آزمایش : Troponin I
عنوان دستگاه : abbot
سری ساخت : /ud00۵۰۶۳۲

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۵,۳	۰,۰۲۷	۰,۱۱۹	۰,۱۴۶	۰,۱۷۳	۰,۲	۰,۲۲۷	۰,۲۵۴	۰,۲۸۱

مقدار	تاریخ
۰,۲۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۰,۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۰,۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۵
۰,۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۰,۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۷
۰,۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۹
۰,۲۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۰,۲۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۰,۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۲

مقدار	تاریخ
۰,۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۰,۲۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۰,۲۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۹
۰,۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۰
۰,۲۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۱
۰,۱۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۲
۰,۲۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۵
۰,۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۰,۲۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۸
۰,۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۰,۲	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۰,۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۲

مقدار	تاریخ
۰,۲۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۰,۲۱۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۰,۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۰,۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۰,۲۲۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۰,۲۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۰,۲۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۰,۲۴۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۹
۰,۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۰,۱۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۰,۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۴
۰,۲۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۵

CV%: 6.61	SD: 0.015	Mean: 0.22
-----------	-----------	------------

