

عنوان آزمایش : Troponin I-CLIA
 عنوان دستگاه : ABBOTT

UII00 سری ساخت : ۱۴۱۳۵

عنوان کنترل : abbot III
 شروع کنترل : ۱۳۹۹/۱۲/۰۲

3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
21	19	17	15	13	11	9	2	5.3

تاریخ	مقدار
12/12/1399	14.6
24/12/1399	15.88
14/01/1400	16.3

تاریخ	مقدار
06/12/1399	16.8
09/12/1399	14.8
10/12/1399	16.9
11/12/1399	17.1

تاریخ	مقدار
02/12/1399	16.9
03/12/1399	17.5
04/12/1399	16.8
05/12/1399	17.2

Mean: 16.435	SD: 0.961	CV%: 5.845
--------------	-----------	------------

