

عنوان کنترل : abbot-2
شروع کنترل: ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

سری ساخت : -/u100۳۳۳۸

عنوان آزمایش : Troponin I-CLIA
عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۵.۱۷۴	۰.۰۱	۰.۱۶۲	۰.۱۷۲	۰.۱۸۲	۰.۱۹۲	۰.۲۰۲	۰.۲۱۲	۰.۲۲۲

مقدار	تاریخ
۰.۲۱۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۷
۰.۲۰۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۸
۰.۲۰۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۹

مقدار	تاریخ
۰.۲۰۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۰
۰.۲۰۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۱
۰.۲۰۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۲
۰.۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۴
۰.۱۹۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۵
۰.۲۰۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۶

مقدار	تاریخ
۰.۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۱
۰.۱۹۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۴
۰.۱۹۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۵
۰.۱۷۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۷
۰.۱۸۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۸
۰.۱۸۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۹

CV%: 5.461	SD: 0.011	Mean: 0.197
------------	-----------	-------------

