

عنوان کنترل : abbot-2
شروع کنترل
۱۳۹۹/۰۹/۰۸:

سری ساخت : UI001412

عنوان آزمایش : Troponin I-CLIA
عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD ^{۲-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۵.۳	۰.۰۲۷	۰.۱۱۹	۰.۱۴۶	۰.۱۷۳	۰.۲	۰.۲۲۷	۰.۲۵۴	۰.۲۸۱

مقدار	تاریخ
۰.۲۲۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۴
۰.۲۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۵
۰.۲۲۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۶
۰.۲۱۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۷
۰.۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۹
۰.۲۲	۱۳۹۹/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۰.۲۰۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۶
۰.۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۷
۰.۲۱۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۸
۰.۲۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۹
۰.۲۱۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۰
۰.۲۰۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۲
۰.۲۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۳

مقدار	تاریخ
۰.۲۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۸
۰.۲۱۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۹
۰.۲۱۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۰
۰.۲۱۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۱
۰.۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۲
۰.۲۰۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۳
۰.۲۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۵

CV%: 3.453	SD: 0.007	Mean: 0.211
------------	-----------	-------------

