

عنوان کنترل : کنترل داخل کیت
LOW-

عنوان آزمایش : Urine Metanephrine
.24 hrs

شروع کنترل :
۱۳۹۸/۰۷/۱۱:

سری ساخت : ۱۹۰۰۷۶

عنوان دستگاه : الیزابدر

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۴.۷۹۱	۶.۹۷۲	۱۲۴.۵۸۴	۱۳۱.۵۵۶	۱۳۸.۵۲۸	۱۴۵.۵	۱۵۲.۴۷۲	۱۵۹.۴۴۴	۱۶۶.۴۱۶

مقدار	تاریخ
۱۴۹	۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۱۴۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۴۹	۱۴۰۰/۰۱/۲۱
۱۵۲	۱۴۰۰/۰۱/۲۳
۱۴۸	۱۴۰۰/۰۱/۲۵

مقدار	تاریخ
۱۴۲	۱۴۰۰/۰۱/۱۴
۱۴۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۶
۱۴۶	۱۴۰۰/۰۱/۱۸

CV%: 3.128	SD: 4.559	Mean: 145.75
------------	-----------	--------------

