

عنوان کنترل : کنترل داخل کیت
LOW-

عنوان آزمایش : Urine Metanephrine
.24 hrs

شروع کنترل :
۱۳۹۸/۰۷/۱۱:

سری ساخت : ۱۹۰۰۷۶

عنوان دستگاه : الیزابدر

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۴.۰۴۵	۵.۹۲۲	۱۲۸.۶۳۴	۱۳۴.۵۵۶	۱۴۰.۴۷۸	۱۴۶.۴	۱۵۲.۳۳۳	۱۵۸.۲۴۴	۱۶۴.۱۶۶

مقدار	تاریخ
۱۴۷	۱۴۰۰/۰۲/۲۲
۱۴۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۷
۱۴۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۹

مقدار	تاریخ
۱۴۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۱۴۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۱۴۵	۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۱۴۷	۱۴۰۰/۰۲/۲۰

مقدار	تاریخ
۱۴۴	۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۱۴۹	۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۱۵۳	۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۱۴۷	۱۴۰۰/۰۲/۰۸

CV%: 2.235	SD: 3.281	Mean: 146.818
------------	-----------	---------------

