

عنوان آزمایش : Urine Metanephrine 24 hrs.

عنوان دستگاه : الیزاریدر

سری ساخت : 190076

عنوان کنترل : LOW-کنترل داخل کیت

شروع کنترل  
1398/07/11:

3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
161.339	156.237	151.135	146.033	140.931	135.829	130.727	5.102	3.494

تاریخ	مقدار
10/03/1400	144
12/03/1400	145

تاریخ	مقدار
05/03/1400	152
08/03/1400	149

تاریخ	مقدار
01/03/1400	147
03/03/1400	157

Mean: 149	SD: 4.858	CV%: 3.26
-----------	-----------	-----------

