

عنوان کنترل : کنترل داخل کیت-
HIGH

شروع کنترل
۱۴۰۰/۰۶/۰۱:

سری ساخت : ۱۹۷۰۰۶

عنوان آزمایش : Urine Metanephrine
.24 hrs

عنوان دستگاه : الیزابدر

%CV	SD	SD ^{۲-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۱۵.۱	۵۳.۳۳۳	۲۴۰.۰۰۱	۲۹۳.۳۳۴	۳۴۶.۶۶۷	۴۰۰	۴۵۳.۳۳۳	۵۰۶.۶۶۶	۵۵۹.۹۹۹

مقدار	تاریخ
۵۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۴۵۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۰
۵۱۴	۱۴۰۰/۰۷/۲۶

مقدار	تاریخ
۴۱۱	۱۴۰۰/۰۶/۱۷
۴۶۶	۱۴۰۰/۰۶/۲۰
۲۶۷	۱۴۰۰/۰۶/۲۲
۴۲۴	۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۴۹۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۵۵۳	۱۴۰۰/۰۶/۲۹

مقدار	تاریخ
۴۶۸	۱۴۰۰/۰۶/۰۱
۴۰۲	۱۴۰۰/۰۶/۰۳
۵۴۴	۱۴۰۰/۰۶/۰۶
۳۹۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۸
۳۰۶	۱۴۰۰/۰۶/۱۳
۴۸۴	۱۴۰۰/۰۶/۱۵

CV%: 18.15	SD: 80.854	Mean: 445.467
------------	------------	---------------

