

عنوان کنترل : کنترل داخل کیت - LOW-  
شروع کنترل :  
۱۴۰۲/۰۵/۱۴:

سری ساخت : A۲۳۰۲۴۱

عنوان آزمایش : Urine Metanephrine  
.24 hrs  
عنوان دستگاه : الیزا ریدر

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱۲,۹۰۷	۱۷,۶۸۲	۸۳,۹۵۴	۱۰۱,۶۳۶	۱۱۹,۳۱۸	۱۳۷	۱۵۴,۶۸۲	۱۷۲,۳۶۴	۱۹۰,۰۴۶

مقدار	تاریخ
۱۵۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۳
۱۰۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۶

مقدار	تاریخ
۱۲۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۲
۱۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۱۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۹

مقدار	تاریخ
۱۴۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۱۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۵
۱۰۹	۱۴۰۲/۱۰/۰۹

CV%: 16.084	SD: 19.522	Mean: 121.375
-------------	------------	---------------

