

عنوان کنترل : کنترل داخل کیت-HIGH  
شروع کنترل  
۱۴۰۲/۰۵/۱۴:

سری ساخت : A۲۳۰۲۴۱

عنوان آزمایش : Urine Metanephrine  
.24 hrs  
عنوان دستگاه : الیزا ریدر

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۲۰,۹۰۷	۸۵,۶۲	۱۵۲,۶۷۶	۲۳۸,۲۹۶	۳۲۳,۹۱۶	۴۰۹,۵۳۶	۴۹۵,۱۵۶	۵۸۰,۷۷۶	۶۶۶,۳۹۶

مقدار	تاریخ
۴۵۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۷

مقدار	تاریخ
۳۹۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۰
۴۵۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۴

مقدار	تاریخ
۳۶۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۳
۴۲۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۷

CV%: 8.77	SD: 36.643	Mean: 417.8
-----------	------------	-------------

