

عنوان کنترل : کنترل داخل کیت - LOW-  
شروع کنترل  
۱۴۰۲/۰۵/۱۴:

سری ساخت : A۲۳۰۲۴۱

عنوان آزمایش : Urine Metanephrine  
.24 hrs  
عنوان دستگاه : الیزا ریدر

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱۲,۵۷۲	۱۷,۵۶۵	۸۷,۰۱۹	۱۰۴,۵۸۴	۱۲۲,۱۴۹	۱۳۹,۷۱۴	۱۵۷,۲۷۹	۱۷۴,۸۴۴	۱۹۲,۴۰۹

مقدار	تاریخ
۱۱۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۸

مقدار	تاریخ
۱۰۷	۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۱۳۷	۱۴۰۲/۰۹/۱۴

مقدار	تاریخ
۱۴۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۱۴۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۷

CV%: 13.525	SD: 17.501	Mean: 129.4
-------------	------------	-------------

