

عنوان کنترل : کنترل داخل کیت-HIGH

عنوان آزمایش : Urine Metanephrine  
.24 hrs

شروع کنترل  
۱۴۰۲/۰۵/۱۴:

سری ساخت : A۲۳۰۲۴۱

عنوان دستگاه : ? no device name ?

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
?	۵۳,۳۳۳	۲۴۰,۰۰۱	۲۹۳,۳۳۴	۳۴۶,۶۶۷	۴۰۰	۴۵۳,۳۳۳	۵۰۶,۶۶۶	۵۵۹,۹۹۹

مقدار	تاریخ
۴۲۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۵

مقدار	تاریخ
۴۱۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۸

CV%: 2.426	SD: 10.012	Mean: 412.75
------------	------------	--------------

