

عنوان کنترل : کنترل داخل کیت - LOW

عنوان آزمایش : Urine Metanephrine 24 hrs

شروع کنترل :  
۱۳۹۸/۰۷/۱۱

سری ساخت : ۱۹۰۰۷۶

عنوان دستگاه : الیزاریدر

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱۰.۵۵۴	۱۴.۸۹۱	۹۶.۴۲۴	۱۱۱.۳۱۵	۱۲۶.۲۰۶	۱۴۱.۰۹۷	۱۵۵.۹۸۸	۱۷۰.۸۷۹	۱۸۵.۷۷

مقدار	تاریخ
۱۱۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۴
۱۵۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۶
۱۶۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۸

مقدار	تاریخ
۱۵۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۲
۱۵۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۴
۱۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۷
۱۲۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۹

مقدار	تاریخ
۱۲۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۳
۱۳۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۵
۱۴۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۷
۱۴۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۰

CV%: 10.593	SD: 14.811	Mean: 139.818
-------------	------------	---------------

