

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان کنترل : کنترل داخل کیت
LOW-

شروع کنترل
۱۳۹۸/۰۷/۱۱:

سری ساخت : ۱۹۰۰۷۶

عنوان آزمایش : Urine Metanephrine
.24 hrs

عنوان دستگاه : الیزابدر

%CV	SD	SD ² -	SD ² -	SD ¹ -	MEAN	SD ¹	SD ²	SD ²
۹.۴۳۴	۱۳.۴۲۱	۱۰۲	۱۱۵.۴۲۱	۱۳۸.۸۴۲	۱۴۲.۲۶۳	۱۵۵.۶۸۴	۱۶۹.۱۰۵	۱۸۲.۵۲۶

مقدار	تاریخ
۱۵۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۹
۱۴۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۲
۱۳۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۶

مقدار	تاریخ
۱۵۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۰
۱۳۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۲
۱۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۵
۱۵۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۷

مقدار	تاریخ
۱۴۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۱۵۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۳
۱۴۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۵
۱۴۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۸

CV%: 5.387	SD: 7.752	Mean: 143.909
------------	-----------	---------------

