

عنوان کنترل : کنترل داخل کیت
HIGH-

عنوان آزمایش : Urine
Normetanephrine

شروع کنترل :
۱۳۹۸/۰۵/۰۹:

سری ساخت : ۱۸۰۸۵۳

عنوان دستگاه : الیزابدر
.24 hrs


%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۳.۰۳۳	۳۱.۹۳۶	۶۵۷.۴۹۲	۶۷۹.۴۲۸	۷۰۱.۳۶۴	۷۲۳.۳	۷۴۵.۲۳۶	۷۶۷.۱۷۲	۷۸۹.۱۰۸

مقدار	تاریخ
۷۰۷	۱۴۰۰/۰۲/۳۰

مقدار	تاریخ
۷۳۶	۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۷۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۱
۷۳۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۶
۷۳۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۸

مقدار	تاریخ
۷۱۱	۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۷۳۹	۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۷۲۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۷۱۹	۱۴۰۰/۰۲/۱۲

CV%: 1.646	SD: 11.948	Mean: 725.667
------------	------------	---------------



عنوان کنترل : کنترل داخل کیت
LOW-

عنوان آزمایش : Urine
Normetanephrine

شروع کنترل :
۱۳۹۸/۰۵/۰۹:

سری ساخت : ۱۸۰۸۵۳

عنوان دستگاه : الیزابدر
.24 hrs

%CV	SD	SD ⁻	SD ⁺	SD ⁻	MEAN	SD ⁻	SD ⁺	SD ⁺
۴.۵۷۲	۹.۶۹۴	۱۸۲.۹۵۱	۱۹۳.۶۴۵	۲۰۲.۳۳۹	۲۱۲.۰۳۳	۲۲۱.۷۲۷	۲۳۱.۴۳۱	۲۴۱.۱۱۵

مقدار	تاریخ
۲۱۲	۱۴۰۰/۰۲/۳۰

مقدار	تاریخ
۲۰۹	۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۲۲۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۱
۲۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۶
۲۱۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۸

مقدار	تاریخ
۲۱۱	۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۲۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۱۹۹	۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۲۰۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۲

CV%: 3.053	SD: 6.461	Mean: 211.667
------------	-----------	---------------

