

عنوان آزمایش : Urine
Normetanephrine 24
hrs.

عنوان کنترل : HIGH- کنترل داخل کیت

عنوان دستگاه : الیزا ریدر

سری ساخت : 180853

شروع کنترل
1398/05/09:


3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
788.37	767.669	746.968	726.267	705.566	684.865	664.164	20.701	2.85

تاریخ	مقدار
25/03/1400	743
27/03/1400	733

تاریخ	مقدار
13/03/1400	715
18/03/1400	719
20/03/1400	755
23/03/1400	731

تاریخ	مقدار
02/03/1400	711
04/03/1400	726
06/03/1400	740
09/03/1400	732

Mean: 730.5	SD: 13.452	CV%: 1.841
-------------	------------	------------



عنوان آزمایش : Urine
Normetanephrine 24
hrs.

عنوان کنترل : LOW- کنترل داخل کیت

عنوان دستگاه : الیزا ریدر

سری ساخت : 180853

شروع کنترل
1398/05/09:

3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
233.123	226.193	219.263	212.333	205.403	198.473	191.543	6.93	3.264

تاریخ	مقدار
25/03/1400	212
27/03/1400	215

تاریخ	مقدار
13/03/1400	215
18/03/1400	211
20/03/1400	210
23/03/1400	217

تاریخ	مقدار
02/03/1400	222
04/03/1400	201
06/03/1400	210
09/03/1400	217

Mean: 213	SD: 5.657	CV%: 2.656
-----------	-----------	------------

