

عنوان آزمایش : Urine
Normetanephrine 24
hrs.

عنوان کنترل : LOW- کنترل داخل کیت

عنوان دستگاه : الیزاریدر

سری ساخت : 180853

شروع کنترل
1398/05/09:

3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
230.634	224.656	218.678	212.7	206.722	200.744	194.766	5.978	2.81

تاریخ	مقدار
27/04/1400	211
29/04/1400	212

تاریخ	مقدار
15/04/1400	208
17/04/1400	210
22/04/1400	217
24/04/1400	212

تاریخ	مقدار
01/04/1400	219
03/04/1400	211
08/04/1400	214
13/04/1400	216

Mean: 213	SD: 3.432	CV%: 1.611
-----------	-----------	------------

