

عنوان آزمایش : Urine  
Normetanephrine 24  
hrs.

عنوان کنترل : HIGH- کنترل داخل کیت

عنوان دستگاه : الیزا ریدر

سری ساخت : 180853

شروع کنترل  
1398/05/09:

3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
762.315	751.399	740.483	729.567	718.651	707.735	696.819	10.916	1.496

تاریخ	مقدار	تاریخ	مقدار
21/05/1400	730	03/05/1400	736
26/05/1400	744	10/05/1400	731

Mean: 735.25	SD: 6.397	CV%: 0.87
--------------	-----------	-----------

