

عنوان کنترل : کنترل داخل کیت
LOW-

عنوان آزمایش : Urine
Normetanephrine
.24 hrs

شروع کنترل :
۱۴۰۰/۰۶/۰۱:

سری ساخت : ۱۸۰۸۵۳

عنوان دستگاه : الیزاریدر

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۲۱.۹	۲۴	۱۰۸	۱۳۲	۱۵۶	۱۸۰	۲۰۴	۲۲۸	۲۵۲

مقدار	تاریخ
۱۱۷	۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۱۹۶	۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۲۱۹	۱۴۰۰/۰۷/۰۸

مقدار	تاریخ
۱۸۹	۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۱۷۵	۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۱۶۴	۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۲۰۷	۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۲۵۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۴

مقدار	تاریخ
۱۶۴	۱۴۰۰/۰۶/۱۴
۲۴۴	۱۴۰۰/۰۶/۱۶
۲۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۸
۱۴۷	۱۴۰۰/۰۶/۲۱
۲۲۳	۱۴۰۰/۰۶/۲۳

CV%: 20.224	SD: 39.142	Mean: 193.538
-------------	------------	---------------

