

عنوان کنترل : کنترل داخل کیت  
LOW-

عنوان آزمایش : Urine  
Normetanephrine  
.24 hrs

شروع کنترل :  
۱۴۰۰/۰۶/۰۱:

سری ساخت : ۱۸۰۸۵۳/

عنوان دستگاه : الیزاریدر

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۱۸.۰۸	۳۶.۷۳۹	۹۳.۹۸۳	۱۳۹.۷۳۲	۱۶۶.۴۶۱	۲۰۳.۲	۲۳۹.۹۳۹	۲۷۶.۶۷۸	۳۱۳.۴۱۷

مقدار	تاریخ
۱۴۴	۱۴۰۰/۰۸/۲۵
۱۷۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۱۴۲	۱۴۰۰/۰۸/۳۰

مقدار	تاریخ
۲۲۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۶
۱۵۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۲۱۵	۱۴۰۰/۰۸/۲۰
۱۶۶	۱۴۰۰/۰۸/۲۳

مقدار	تاریخ
۱۵۲	۱۴۰۰/۰۸/۰۶
۱۱۸	۱۴۰۰/۰۸/۰۹
۱۹۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۱۲۲	۱۴۰۰/۰۸/۱۳

CV%: 21.239	SD: 34.871	Mean: 164.182
-------------	------------	---------------

