

عنوان آزمایش : Urine  
Normetanephrine 24  
hrs.

عنوان دستگاه : الیزاریدر

سری ساخت : 180853

عنوان کنترل : HIGH- کنترل داخل کیت

شروع کنترل  
1400/06/01:


3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
1078.197	940.009	801.821	663.633	525.445	387.257	249.069	138.188	20.823

تاریخ	مقدار
11/09/1400	698

تاریخ	مقدار
07/09/1400	748
09/09/1400	835

تاریخ	مقدار
02/09/1400	596
04/09/1400	440

Mean: 663.4	SD: 151.864	CV%: 22.892
-------------	-------------	-------------



عنوان آزمایش : Urine  
Normetanephrine 24  
hrs.

عنوان کنترل : -LOW کنترل داخل کیت

عنوان دستگاه : الیزا ریدر

سری ساخت : 180853

شروع کنترل  
1400/06/01:

3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
304.005	263.759	223.513	183.267	143.021	102.775	62.529	40.246	21.96

تاریخ	مقدار
07/09/1400	134
09/09/1400	150

تاریخ	مقدار
02/09/1400	142
04/09/1400	200

Mean: 156.5	SD: 29.727	CV%: 18.995
-------------	------------	-------------

