

عنوان کنترل : کنترل داخل کیت
LOW-

عنوان آزمایش : Urine
Normetanephrine

شروع کنترل :
۱۴۰۲/۰۵/۱۵:

سری ساخت : ۲۲۰۱۱۳

الیزاید : .24 hrs

%CV	SD	SD ^{۲-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۱۰.۹	۲۴	۱۰۸	۱۳۲	۱۵۶	۱۸۰	۲۰۴	۲۲۸	۲۵۲

مقدار	تاریخ
۱۸۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۲

مقدار	تاریخ
۲۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۷

مقدار	تاریخ
۲۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۵

CV%: 9.471	SD: 19.858	Mean: 209.667
------------	------------	---------------

