

عنوان کنترل : کنترل داخل کیت -LOW

عنوان آزمایش : Urine Normetanephrine 24

شروع کنترل : ۱۴۰۲/۰۵/۱۵

سری ساخت : ۲۲۰۱۱۳

عنوان دستگاه : الیزاریدر .hrs

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱۶,۸۲۵	۳۱,۴۵۷	۹۲,۵۸۷	۱۲۴,۰۴۴	۱۵۵,۵۰۱	۱۸۶,۹۵۸	۲۱۸,۴۱۵	۲۴۹,۸۷۲	۲۸۱,۳۲۹

مقدار	تاریخ
۱۶۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۹

مقدار	تاریخ
۱۳۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۱۶۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۵

مقدار	تاریخ
۱۷۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۱۹۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۸

CV%: 13.156	SD: 22.129	Mean: 168.2
-------------	------------	-------------

