

عنوان کنترل : کنترل داخل کیت -HIGH

عنوان آزمایش : Urine
Normetanephrine 24

شروع کنترل
۱۴۰۲/۰۵/۱۵:

سری ساخت : ۲۲۰۱۱۳

عنوان دستگاه : الیزاریدر
.hrs

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱۰,۴۲۶	۶۳,۲۲۶	۴۱۶,۷۵۵	۴۷۹,۹۸۱	۵۴۳,۲۰۷	۶۰۶,۴۳۳	۶۶۹,۶۵۹	۷۳۲,۸۸۵	۷۹۶,۱۱۱

مقدار	تاریخ
۶۱۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۶۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۹

مقدار	تاریخ
۶۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۵

CV%: 1.557	SD: 9.504	Mean: 610.333
------------	-----------	---------------

