

عنوان کنترل : کنترل داخل کیت -LOW

عنوان آزمایش : Urine
Normetanephrine 24

شروع کنترل
۱۴۰۲/۰۵/۱۵:

سری ساخت : ۲۲۰۱۱۳

عنوان دستگاه : الیزاریدر
.hrs

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱۰,۹۸۱	۲۰,۷۱۱	۱۲۶,۴۶۷	۱۴۷,۱۷۸	۱۶۷,۸۸۹	۱۸۸,۶	۲۰۹,۳۱۱	۲۳۰,۰۲۲	۲۵۰,۷۳۳

مقدار	تاریخ
۲۱۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۹۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۳
۱۷۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۰
۱۹۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۷

مقدار	تاریخ
۱۹۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۲
۱۸۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۶
۱۶۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹

CV%: 7.605	SD: 14.396	Mean: 189.286
------------	------------	---------------

