

عنوان کنترل : کنترل تجاری II
شروع کنترل
۱۴۰۰/۰۵/۲۶:

سری ساخت : DCA۰۱

عنوان آزمایش : Valporate Na
عنوان دستگاه : GC

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۱۰.۱۴۸	۷.۷۰۵	۵۲.۸۱۸	۶۰.۵۳۳	۶۸.۲۲۸	۷۵.۹۳۳	۸۳.۶۳۸	۹۱.۳۴۳	۹۹.۰۴۸

مقدار	تاریخ
۷۷.۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۵
۶۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۷۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۸
۷۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۷۸.۳	۱۴۰۱/۰۳/۳۰
۷۸.۴	۱۴۰۱/۰۳/۳۱

مقدار	تاریخ
۷۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۱
۷۷	۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۷۷	۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۶۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۷
۶۸.۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۸
۷۴	۱۴۰۱/۰۳/۱۹
۷۳.۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۱
۷۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۷۷	۱۴۰۱/۰۳/۲۳

مقدار	تاریخ
۶۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۷۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۲
۷۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۶۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۴
۷۶	۱۴۰۱/۰۳/۰۵
۷۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۷
۶۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۸
۶۹.۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۹
۶۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۰

CV%: 5.498	SD: 4.057	Mean: 73.8
------------	-----------	------------

