

عنوان آزمایش : Valporate Na
عنوان دستگاه : GC
سری ساخت : ۰۱
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۴/۰۱
عنوان کنترل : کنترل تجاری II

%CV	SD	SD ² -	SD ² -	SD ¹ -	MEAN	SD ¹	SD ²	SD ²
۲.۷۴	۱.۹۶۵	۶۵.۸۱۸	۶۷.۷۸۳	۶۹.۷۴۸	۷۱.۷۱۳	۷۳.۶۷۸	۷۵.۶۴۳	۷۷.۶۰۸

مقدار	تاریخ
۷۳.۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۷
۷۳.۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۸
۷۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۹
۷۵.۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۱

مقدار	تاریخ
۶۹.۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۹
۷۴.۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۰
۷۴.۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۷۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۲
۶۹.۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۴
۶۹.۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۵
۷۳.۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۶

مقدار	تاریخ
۷۲.۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۱
۷۳.۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۲
۷۰.۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۳
۷۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۴
۷۱.۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۵
۷۰.۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۷
۷۰.۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۸

CV%: 2.851	SD: 2.051	Mean: 71.956
------------	-----------	--------------

