

عنوان آزمایش : Valporate Na
عنوان دستگاه : GC
عنوان کنترل : عنوان کنترل :
سری ساخت : ۰۱ شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۴/۰۱
کنترل تجاری II

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۲.۹۸	۲.۰۹۷	۶۴.۰۹۹	۶۶.۱۹۶	۶۸.۲۹۳	۷۰.۳۹	۷۲.۴۸۷	۷۴.۵۸۴	۷۶.۶۸۱

مقدار	تاریخ
۷۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۶۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۶۸.۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۷۰.۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۷
۶۷.۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۶۸.۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۹

مقدار	تاریخ
۷۰.۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۲
۷۰.۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۶۷.۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۴
۷۰.۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۵
۷۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۶
۶۹.۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۶۶.۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۹
۶۹.۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۷۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۱

مقدار	تاریخ
۶۹.۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۷۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۲
۷۲.۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۷۳.۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۵
۶۹.۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۷۰.۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۷۰.۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۶۸.۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۹
۷۰.۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۰

CV%: 2.526	SD: 1.764	Mean: 69.829
------------	-----------	--------------

