

عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۹/۰۴

سرری ساخت: DC۸۲۲

عنوان آزمایش : Valporate Na
عنوان دستگاه : GC

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۸,۸۳۴	۱۰,۹۵۸	۹۱,۱۶۸	۱۰۲,۱۲۶	۱۱۳,۰۸۴	۱۲۴,۰۴۲	۱۳۵	۱۴۵,۹۵۸	۱۵۶,۹۱۶

مقدار	تاریخ
۱۱۳,۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۱۱۶,۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۷
۱۲۶,۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۸

مقدار	تاریخ
۱۴۳,۹	۱۴۰۲/۱۰/۰۷
۱۱۰,۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۲
۱۱۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۳
۱۳۰,۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۴

مقدار	تاریخ
۱۱۶,۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۱۲۵,۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۱۴۰,۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۱۲۸,۹	۱۴۰۲/۱۰/۰۵

CV%: 8.964	SD: 11.14	Mean: 124.264
------------	-----------	---------------

