

عنوان کنترل : کنترل تجاری III
شروع کنترل :
۱۳۹۷/۰۴/۰۲:

سری ساخت : DCV۳۵

عنوان آزمایش : Valporate Na
عنوان دستگاه : GC

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۸.۳	۹.۶۶۷	۱۱۲.۹۹۹	۱۲۲.۶۶۶	۱۳۲.۳۳۳	۱۴۲	۱۵۱.۶۶۷	۱۶۱.۳۳۴	۱۷۱.۰۰۱

مقدار	تاریخ
۱۴۱.۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۴
۱۳۲.۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۵
۱۵۱.۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۷
۱۵۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۸
۱۴۵.۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۹
۱۴۸.۲	۱۴۰۲/۰۳/۳۰
۱۴۲.۳	۱۴۰۲/۰۳/۳۱

مقدار	تاریخ
۱۳۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۳
۱۳۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۱۵۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۷
۱۵۴	۱۴۰۲/۰۳/۱۸
۱۳۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۱۴۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۱
۱۴۵.۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۲
۱۴۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۳

مقدار	تاریخ
۱۳۶.۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۱۳۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۱۳۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۱۵۴.۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۱۳۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۸
۱۳۱.۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۱۵۱	۱۴۰۲/۰۳/۱۰
۱۴۵.۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۱

CV%: 5.233	SD: 7.467	Mean: 142.7
------------	-----------	-------------

