

عنوان کنترل : کنترل تجاری III
شروع کنترل :
۱۳۹۷/۰۴/۰۲:

سری ساخت : DCV۲۵

عنوان آزمایش : Valporate Na
عنوان دستگاه : GC

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۸.۳	۹.۶۶۷	۱۱۲.۹۹۹	۱۲۲.۶۶۶	۱۳۲.۳۳۳	۱۴۲	۱۵۱.۶۶۷	۱۶۱.۳۳۴	۱۷۱.۰۰۱

مقدار	تاریخ
۱۴۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۵
۱۱۷.۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۶
۱۴۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۷
۱۳۴.۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۸
۱۳۰.۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹
۱۳۶.۷	۱۴۰۲/۰۴/۳۱

مقدار	تاریخ
۱۳۵.۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۴
۱۳۴.۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۵
۱۳۲.۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۷
۱۴۵.۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۸
۱۶۷.۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۹
۱۳۳.۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۰
۱۳۶.۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۱
۱۴۷.۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۲
۱۱۵.۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۴

مقدار	تاریخ
۱۱۷.۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۱
۱۲۲.۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۳
۱۳۲.۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۵
۱۵۱.۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۶
۱۴۹.۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۷
۱۵۶.۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۰
۱۳۰.۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۱۳۸.۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۲
۱۳۷.۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۳

CV%: 9.71	SD: 13.194	Mean: 135.879
-----------	------------	---------------

