

عنوان کنترل : کنترل تجاري III  
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۰۹/۰۴

عنوان آزمایش : Valporate Na  
عنوان دستگاه : GC  
سری ساخت : DC۸۲۲

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۸,۳	۹,۴	۱۰۴,۴	۱۱۳,۸	۱۲۳,۲	۱۳۲,۶	۱۴۲	۱۵۱,۴	۱۶۰,۸

مقدار	تاریخ
۱۱۶,۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۱۲۵,۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۱۴۰,۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۱۲۸,۹	۱۴۰۲/۱۰/۰۵
۱۴۳,۹	۱۴۰۲/۱۰/۰۷

مقدار	تاریخ
۱۲۵,۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۱۲۹,۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۱۳۵,۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۱۰۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۱۱۷,۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۹
۱۳۵,۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۰

مقدار	تاریخ
۱۱۷,۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۱۲۲,۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۱۲۷,۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۱۴۳,۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۹
۱۱۲,۷	۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۱۱۴,۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۲

CV%: 8.844	SD: 11.151	Mean: 126.088
------------	------------	---------------

