

عنوان کنترل : عنوان تجاري III
شروع کنترول : ۱۴۰۲/۰۹/۰۴

عنوان آزمایش : Valporate Na
عنوان دستگاه : GC
سری ساخت : DC۸۲۲

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۸,۵۲۲	۱۰,۹۵۷	۹۵,۶۹۶	۱۰۶,۶۵۳	۱۱۷,۶۱	۱۲۸,۵۶۷	۱۳۹,۵۲۴	۱۵۰,۴۸۱	۱۶۱,۴۳۸

مقدار	تاریخ
۱۳۸,۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۴
۱۰۹,۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۶
۱۰۵,۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۷
۱۱۶,۳	۱۴۰۳/۰۳/۳۱

مقدار	تاریخ
۱۰۸,۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۲
۱۱۲,۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۳
۱۰۵,۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۹
۱۳۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۰
۱۰۸,۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۱
۱۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۲
۱۱۰,۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۳

مقدار	تاریخ
۱۲۹,۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۱
۱۱۶,۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۳
۱۲۱,۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۵
۱۳۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۶
۱۱۶,۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۷
۱۱۵,۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۹
۱۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۰

CV%: 8.972	SD: 10.626	Mean: 118.428
------------	------------	---------------

