

عنوان آزمایش : Vitamin A
عنوان دستگاه : HPLC
سری ساخت :
عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۵/۰۱

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۲۲.۳۱۱	۰.۰۶۵	۰.۰۹۷	۰.۱۶۲	۰.۲۳۷	۰.۲۹۲	۰.۲۵۷	۰.۴۲۲	۰.۴۸۷

مقدار	تاریخ
۰.۲۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۰.۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۰.۴	۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۰.۲	۱۴۰۰/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۰.۲۵	۱۴۰۰/۰۱/۱۹
۰.۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۱
۰.۲	۱۴۰۰/۰۱/۲۳
۰.۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۴
۰.۴	۱۴۰۰/۰۱/۲۵

مقدار	تاریخ
۰.۴	۱۴۰۰/۰۱/۱۴
۰.۲۶	۱۴۰۰/۰۱/۱۵
۰.۲۲	۱۴۰۰/۰۱/۱۶
۰.۳	۱۴۰۰/۰۱/۱۷
۰.۲۴	۱۴۰۰/۰۱/۱۸

CV%: 24.748	SD: 0.072	Mean: 0.293
-------------	-----------	-------------

