

عنوان آزمایش : Vitamin A  
عنوان دستگاه : HPLC  
سری ساخت :  
عنوان کنترل : پولد سرم  
شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۵/۰۱

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>2</sub>
۱۷.۰۳۳	۰.۰۶۳	۰.۱۸۲	۰.۲۴۵	۰.۳۰۸	۰.۳۷۱	۰.۴۳۴	۰.۴۹۷	۰.۵۶

مقدار	تاریخ
۰.۴۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۲
۰.۳۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۰.۴۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۴
۰.۳۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۵
۰.۳۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۶

مقدار	تاریخ
۰.۳۷	۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۰.۴۵	۱۴۰۰/۱۲/۱۵
۰.۳	۱۴۰۰/۱۲/۱۶
۰.۲۸	۱۴۰۰/۱۲/۱۷
۰.۲۸	۱۴۰۰/۱۲/۱۸
۰.۵	۱۴۰۰/۱۲/۱۹
۰.۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۱

مقدار	تاریخ
۰.۳۹	۱۴۰۰/۱۲/۰۱
۰.۴۶	۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۰.۴	۱۴۰۰/۱۲/۰۴
۰.۲۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۷
۰.۴۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۸
۰.۵۱	۱۴۰۰/۱۲/۰۹
۰.۳	۱۴۰۰/۱۲/۱۱

CV%: 19.518	SD: 0.076	Mean: 0.388
-------------	-----------	-------------

