

عنوان آزمایش : Vitamin A  
عنوان دستگاه : HPLC  
سری ساخت :  
عنوان کنترل : پولد سرم  
شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۵/۰۱


%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>2</sub>
۲۱.۵۵	۰.۰۶	۰.۰۹۸	۰.۱۵۸	۰.۲۷۸	۰.۳۳۸	۰.۳۹۸	۰.۴۵۸

مقدار	تاریخ
۰.۲۸	۱۴۰۰/۰۳/۲۵
۰.۳	۱۴۰۰/۰۳/۲۶
۰.۲۴	۱۴۰۰/۰۳/۲۹
۰.۲۷	۱۴۰۰/۰۳/۳۰
۰.۲۳	۱۴۰۰/۰۳/۳۱

مقدار	تاریخ
۰.۳	۱۴۰۰/۰۳/۱۳
۰.۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۷
۰.۴۵	۱۴۰۰/۰۳/۱۸
۰.۲۳	۱۴۰۰/۰۳/۱۹
۰.۲۵	۱۴۰۰/۰۳/۲۰
۰.۲۸	۱۴۰۰/۰۳/۲۲
۰.۲۴	۱۴۰۰/۰۳/۲۳
۰.۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۲۴

مقدار	تاریخ
۰.۴	۱۴۰۰/۰۳/۰۱
۰.۲۴	۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۰.۴	۱۴۰۰/۰۳/۰۳
۰.۳	۱۴۰۰/۰۳/۰۵
۰.۳۳	۱۴۰۰/۰۳/۰۶
۰.۲۵	۱۴۰۰/۰۳/۰۸
۰.۲۴	۱۴۰۰/۰۳/۰۹
۰.۲۵	۱۴۰۰/۰۳/۱۰

CV%: 24.373	SD: 0.069	Mean: 0.284
-------------	-----------	-------------



22