

عنوان آزمایش : Vitamin A

عنوان دستگاه : HPLC

سری ساخت : 0

عنوان کنترل :

شروع کنترل : 1399/05/01

پولد سرم

3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
0.474	0.41	0.346	0.282	0.218	0.154	0.09	0.064	22.778

تاریخ	مقدار
25/05/1400	0.33
26/05/1400	0.24
30/05/1400	0.2
31/05/1400	0.24

تاریخ	مقدار
13/05/1400	0.25
14/05/1400	0.38
17/05/1400	0.4
18/05/1400	0.23
20/05/1400	0.3
21/05/1400	0.27
24/05/1400	0.29

تاریخ	مقدار
02/05/1400	0.23
03/05/1400	0.2
04/05/1400	0.4
05/05/1400	0.3
09/05/1400	0.25
11/05/1400	0.24
12/05/1400	0.17

Mean: 0.273	SD: 0.068	CV%: 24.782
-------------	-----------	-------------

