

عنوان آزمایش : Vitamin A  
عنوان دستگاه : HPLC  
سری ساخت :  
عنوان کنترل : پولد سرم  
شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۵/۰۱

%CV	SD	SD <sup>2</sup> -	SD <sup>2</sup> -	SD <sup>1</sup> -	MEAN	SD <sup>1</sup>	SD <sup>2</sup>	SD <sup>2</sup>
۲۳.۷۵	۰.۰۷۱	۰.۰۸۷	۰.۱۵۸	۰.۲۳۹	۰.۳	۰.۳۷۱	۰.۴۴۲	۰.۵۱۳

مقدار	تاریخ
۰.۲۶	۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۰.۳	۱۴۰۰/۰۷/۲۸

مقدار	تاریخ
۰.۲	۱۴۰۰/۰۷/۱۲
۰.۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۱۷
۰.۲۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۰.۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۱۹
۰.۲۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۴

مقدار	تاریخ
۰.۲۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۰.۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۰.۲	۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۰.۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۱۰
۰.۲	۱۴۰۰/۰۷/۱۱

CV%: 21.352	SD: 0.058	Mean: 0.273
-------------	-----------	-------------

