

عنوان آزمایش : Vitamin A
عنوان دستگاه : HPLC
سری ساخت :
عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۵/۰۱

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۶.۴۰۱	۰.۰۳۴	۰.۴۲۳	۰.۴۵۷	۰.۴۹۱	۰.۵۲۵	۰.۵۵۹	۰.۵۹۳	۰.۶۲۷

مقدار	تاریخ
۰.۵۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۲
۰.۴۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۴
۰.۴۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۰.۵۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۶
۰.۴۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۷
۰.۵۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۰.۴۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۹

مقدار	تاریخ
۰.۵۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۳
۰.۴۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۴
۰.۴۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۵
۰.۴۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۷
۰.۵۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۸
۰.۴۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۰.۴۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۰
۰.۴۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۱

مقدار	تاریخ
۰.۴۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۱
۰.۴۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۰.۴۹	۱۴۰۱/۱۰/۰۴
۰.۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۰.۴۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۷
۰.۴۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۸
۰.۵۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۱
۰.۴۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۲

CV%: 6.314	SD: 0.031	Mean: 0.49
------------	-----------	------------

