

عنوان آزمایش : Vitamin A
عنوان دستگاه : HPLC
سری ساخت :
عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۵/۰۱

| %CV | SD | SD ² - | SD ² - | SD ¹ - | MEAN | SD ¹ | SD ² | SD ² |
|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۷.۱۶۹ | ۰.۰۳۴ | ۰.۳۷۸ | ۰.۴۱۲ | ۰.۴۴۶ | ۰.۴۸ | ۰.۵۱۴ | ۰.۵۴۸ | ۰.۵۸۲ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۰.۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
| ۰.۴۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
| ۰.۳۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
| ۰.۴۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
| ۰.۴۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
| ۰.۴۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۰.۴۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
| ۰.۴۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
| ۰.۵۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
| ۰.۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
| ۰.۴۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
| ۰.۴۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
| ۰.۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۰.۴۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
| ۰.۴۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
| ۰.۴۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
| ۰.۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
| ۰.۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
| ۰.۴۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
| ۰.۴۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |

| | | |
|-----------|-----------|-------------|
| CV%: 8.48 | SD: 0.038 | Mean: 0.452 |
|-----------|-----------|-------------|

