

عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۱۰/۰۱

عنوان آزمایش : Vitamin A
عنوان دستگاه : HPLC
سری ساخت : ..

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲۰,۹	۰,۰۶	۰,۲۵	۰,۳۱	۰,۳۷	۰,۴۳	۰,۴۹	۰,۵۵	۰,۶۱

مقدار	تاریخ
۰,۴۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۳
۰,۳۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۴
۰,۳۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۰,۳۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۰,۴۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۰,۴۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۸
۰,۳۳	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۰,۴۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۱

مقدار	تاریخ
۰,۳۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۲
۰,۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۳
۰,۴۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۴
۰,۴۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۰,۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۷
۰,۴۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۸
۰,۳۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۹
۰,۵۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۰,۳۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۱

مقدار	تاریخ
۰,۳۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۰,۳۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۰,۴۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۰,۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۵
۰,۵۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۰,۴۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۷
۰,۳۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۹
۰,۳۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۰,۴۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۱

CV%: 16.671	SD: 0.068	Mean: 0.41
-------------	-----------	------------

