

عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۱۰/۰۱

عنوان آزمایش : Vitamin A
عنوان دستگاه : HPLC
سری ساخت : ..

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱۶,۸۳۹	۰,۰۶۹	۰,۲۰۱	۰,۲۷	۰,۳۳۹	۰,۴۰۸	۰,۴۷۷	۰,۵۴۶	۰,۶۱۵

مقدار	تاریخ
۰,۳۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۴
۰,۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۵
۰,۴۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۰,۳۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۸
۰,۲۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۰,۳۵	۱۴۰۲/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۰,۴۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۰,۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۲
۰,۳۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۰,۴۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۰,۳۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۰,۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۷
۰,۳۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۸
۰,۳۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۳

مقدار	تاریخ
۰,۴۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۰,۳۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۰,۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۳
۰,۳۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۴
۰,۳۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۰,۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۸
۰,۳۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۰,۳۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۰

CV%: 16.789	SD: 0.063	Mean: 0.373
-------------	-----------	-------------

