

عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۱۰/۰۱

عنوان آزمایش : Vitamin A
عنوان دستگاه : HPLC
سری ساخت : ..

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱۵,۵۹۲	۰,۰۵۸	۰,۱۹۹	۰,۲۵۷	۰,۳۱۵	۰,۳۷۳	۰,۴۳۱	۰,۴۸۹	۰,۵۴۷

مقدار	تاریخ
۰,۴۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۱
۰,۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۰,۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۰,۳۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۴
۰,۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۰,۴۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۷
۰,۳۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۸

مقدار	تاریخ
۰,۳۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۰,۳۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۰,۴۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۰,۳۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۰,۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۰,۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۷
۰,۴۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۰,۳۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۰

مقدار	تاریخ
۰,۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۱
۰,۳۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۲
۰,۳۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۳
۰,۴۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۰,۴۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۷
۰,۴۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۰,۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۰,۳۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۰

CV%: 15.118	SD: 0.058	Mean: 0.387
-------------	-----------	-------------

