

عنوان آزمایش : Vitamin A  
عنوان دستگاه : HPLC  
سری ساخت :  
عنوان کنترل : پولد سرم  
شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۵/۰۱

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>2</sub>
۹.۵۱۵	۰.۰۴۲	۰.۳۱۱	۰.۳۵۳	۰.۳۹۵	۰.۴۳۷	۰.۴۷۹	۰.۵۲۱	۰.۵۶۳

مقدار	تاریخ
۰.۴۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۷
۰.۴۶	۱۴۰۲/۰۲/۳۰
۰.۴	۱۴۰۲/۰۲/۳۱

مقدار	تاریخ
۰.۴	۱۴۰۲/۰۲/۱۴
۰.۴۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۰.۳۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۸
۰.۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۰
۰.۴۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۳
۰.۲۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۵

مقدار	تاریخ
۰.۳۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۴
۰.۴۲	۱۴۰۲/۰۲/۰۵
۰.۴۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۰.۳۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۹
۰.۳۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۰
۰.۳۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۲

CV%: 9.726	SD: 0.04	Mean: 0.415
------------	----------	-------------

