

عنوان آزمایش : Vitamin A
عنوان دستگاه : HPLC
سری ساخت : ۰۱/-
عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۰۴/۱۰

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۲۵	۰.۱۱۷	۰.۱۹۹	۰.۳۱۶	۰.۴۳۳	۰.۵۵	۰.۶۶۷	۰.۷۸۴	۰.۹۰۱

مقدار	تاریخ
۰.۵۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۵
۰.۷۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۷
۰.۵۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۲
۰.۳۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۵
۰.۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۸
۰.۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۹
۰.۵۵	۱۴۰۲/۰۵/۳۰
۰.۳۶	۱۴۰۲/۰۵/۳۱

مقدار	تاریخ
۰.۵۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
۰.۵۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۲
۰.۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۳
۰.۴۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۴
۰.۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۷
۰.۶۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۸
۰.۶۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۱
۰.۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۲
۰.۴۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۴

مقدار	تاریخ
۰.۵۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۵
۰.۴۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۷
۰.۴۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۸
۰.۴۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۹
۰.۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۰
۰.۴۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۱
۰.۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۲
۰.۴۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۷
۰.۴۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۸

CV%: 28.595	SD: 0.159	Mean: 0.555
-------------	-----------	-------------

