

عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۹/۰۱

عنوان آزمایش : Vitamin A
عنوان دستگاه : HPLC
سری ساخت : ۱..

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱۰,۵۶۷	۰,۰۴۵	۰,۲۹۳	۰,۳۳۸	۰,۳۸۳	۰,۴۲۸	۰,۴۷۳	۰,۵۱۸	۰,۵۶۳

مقدار	تاریخ
۰,۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۹
۰,۴۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۰
۰,۴۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۱
۰,۴۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۲
۰,۴	۱۴۰۲/۰۹/۲۳

مقدار	تاریخ
۰,۴۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۰,۴۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۲
۰,۳۷	۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۰,۴۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۴
۰,۴۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۰,۵۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۰,۳۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۸

مقدار	تاریخ
۰,۳۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۰,۴۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۰,۴۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۰,۴۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۰,۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۰,۴۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۰,۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۹

CV%: 10.511	SD: 0.045	Mean: 0.425
-------------	-----------	-------------

