

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان آزمایش : Vitamin A
 عنوان دستگاه : HPLC
 عنوان کنترل : پولد سرم
 شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۵/۰۱
 سری ساخت : ۰

%CV	SD	SD۲-	SD۲-	SD۱-	MEAN	SD۱	SD۲	SD۲
۱۳.۶۸۸	۰.۰۴۹	۰.۲۰۸	۰.۲۵۷	۰.۳۰۶	۰.۳۵۵	۰.۴۰۴	۰.۴۵۳	۰.۵۰۲

مقدار	تاریخ
۰.۴۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۳
۰.۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۴
۰.۲۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۹
۰.۴	۱۳۹۹/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۰.۳۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۳
۰.۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۵
۰.۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۶
۰.۲۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۷
۰.۴۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۸
۰.۲۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۰
۰.۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۲

مقدار	تاریخ
۰.۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۱
۰.۲۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۳
۰.۴۸	۱۳۹۹/۱۰/۰۶
۰.۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۷
۰.۲۸	۱۳۹۹/۱۰/۰۸
۰.۲۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۹
۰.۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۱

CV%: 24.979	SD: 0.09	Mean: 0.361
-------------	----------	-------------

